

# PH -035 PH ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU

## PH-009(I)A Kalem Tipi PH Metre

### Özellikler :

Ölçüm Aralığı : 0.0 ~14.0-0C ~ 55°C  
Hassasiyet : 0.01 PH 0.1°C  
Yanılma Payı : ±0.1 ± 0.1°C  
Çalışma sıcaklık aralığı: 0°C ~ 50°C  
Pil : 4x 1.5V  
Bekleme süresi : 500saat  
Ebat : 188mm x 35mm x35mm  
Ağırlık: 98 gr



## PH KALİBRASYONU

- 1- pH metrenizin elektrodunu standart fosfat solusyonuna daldırın nazıkçe çalkalayın. ve 6.86 değerine ulaşması için ayarlamaya hazırlanın.
- 2- 25C sıcaklık altında pH metrenizin 6.86 değerine ulaşması için ayar vidasına tornavida ile ayar çekin.
- 3- pH metrenizi standart Boraks sıvısının içine daldırın. pH 4.01 veya 9.18 değerini göstermeli
- 4- Yaklaşık bir dakika sonra solusyon için belirtilen değerleri ekranda göreceksiniz.



## UYGULAMA :

- 1- Koruyucu kapağı çıkartınız.
- 2- Önce elektrodu damıtılmış su ile temizleyin ve filtre kağıdı ile suyu emdirin.
- 3- pH metrenizi ön kısımdaki ON-OFF anahtarı ile açınız.
- 4- pH metrenizi ölçeceğiniz sıvının içine üzerinde işaretli batırma seviyesine kadar daldırınız. Bu seviyeden daha aşağı daldırmamaya asgari özen gösterin
- 5- Yavaşça karıştırın ve sabit bir değere ulaşınca kadar bekleyin.
- 6- Kullanımdan sonra OFF tuşu ile pH metrenizi kapatın, damıtılmış su ile elektrodu temizleyin ve kapağını kapatın.

## ÖNEMLİ :

Eğer çok uzun süre pH metrenizi kullanmadı iseniz , kullanmadan önce kalibre etmenizi şiddetle öneririz. Eğer PH metrenizi uzun süre kullanmayacaksanız. Kapağın içerisinde bir miktar saf su koyarak kapağı kapatınız ve OFF durumuna getiriniz.

## PİL TAKILMASI:

Eğer pH metrenizin ekranındaki görüntü silik görünmeye başladı ise pilleri değiştirme zamanınız gelmiş demektir. Kapağı açıp pilleri değiştirin. Pili yeniden takarken (+) ve (-) kutuplarına dikkat edin.

## GARANTİ :

Ürün 1 sene garanti altındadır. Kullanıcı hatası kullanımlar harici oluşan tüm sorunlar için ürünü lütfen güzelce ambalajlayıp bize geri gönderin.

Ürün Satış tarihi :

Ürünü Satan Firma Kaşe ve İmza